KaVo ダイアグノデント ライトプローブ ペリオ

New

ライトプローブ ペリオで歯肉縁下のポケット内の状態を敏感に感知

深さ9mmまでの歯周ポケット内の歯面状態の変化を検出できます。
ダイアグノデント ライトプローブ ペリオを使用することにより術者による目視観察および
ハンドインスツルメントを使用した触覚プロービングを補足する情報を提供します。

診断時、ダイアグノデント ライトプローブ ペリオを歯面に沿って挿入し、ポケット内を上下左右にゆっくりと検査します。
患部に近づくと、信号音の変化と数値表示によって異常を検知します。

KaVo ダイアグノデント ライトプローブ ペリオ（オプション）

品番：1.004.1640
※ダイアグノデント 2095 ／ 2095J 共通

■ライトプローブ ペリオを使用した場合の
ダイアグノデント 2095J の測定値

	堆積物の情報
＜5	清潔なポケット
5～40	非常に小さい堆積物 プローブの横に異常 歯根の齲蝕の可能性
＞40	ポケット内に堆積物がある

Prof. Dr. M-Frentzen University Dental Clinic Bonn /Germany
※測定値は目安になります。

ダイアグノデント ライトプローブ ペリオは歯面に沿って平行にゆっくりと挿入して使用します。
プローブ先端に、てこのように斜めの力をかけて使用すると、破損する恐れがあります。
ご使用に際しましては、製品の取扱説明書と添付文書を必ずお読みください。

KaVo. Dental Excellence.

KaVo ダイアグノデント 2095J
レーザーによる痛みのない
カリエス診断補助器

■早期発見や残存カリエスの確かな診断

視診では健康に見える歯牙も内部はカリエスが進行しています。裂溝部のカリエスなどは、早期の段階で検知が困難です。
また、治療過程において視診での残存カリエスの確認も容易ではありません。
ダイアグノデントは数値と信号音にて確認することができ、より確かな診断をサポートします。

視診では判らないが、象牙質ではカリエスが進行している症例

写真:Prof. Dr. Adrian Lussi, Bern

■歯質にやさしく、高精度の検知

特許を取得しているダイアグノデントのレーザーを歯質に当てるだけの簡単な操作で歯質の変化を検知します。探針による検査でも判らないカリエスを探知でき、特に裂溝カリエスの検知に高い信頼性を得ています。

■探針の場合

裂溝下のしずく状のカリエスの発見は難しく、再石灰化を妨げる可能性があります。

■ダイアグノデントの場合

約2mmの深さまで歯質の変化を見つけることができ、歯質を傷つけることはありません。

ダイアグノデント 2095J （品番：1.009.1641）

■仕　様

●サイズ：本体外形寸法／幅 150mm× 奥行 106mm× 高さ 95(105※)mm
※キャリブレーションチップが上部の場合

●重　量：600g
●レーザー光出力：レーザーダイオード最大 1mW 以下(波長 655nm)
●音量調節機能付きのスピーカー　信号音による確認
●最大数値(peak)と現在測定値(moment)を同時にディスプレイに表示
●脱着・滅菌可能なグリップスリーブとプローブ(135℃までオートクレーブにて滅菌可能)

●付属品：
バッテリーチャージャー （品番：1.007.5160）×1個
充電式バッテリー （品番：1.007.5158）×1個
滅菌用カセット （品番：1.000.1533）×1個
ライトプローブ A （品番：0.574.1311）×2本
ライトプローブ B （品番：0.574.1321）×1本

●ライトプローブ
ライトプローブ A　（品番：0.574.1311）裂溝部用
ライトプローブ B　（品番：0.574.1321）平滑面用
New ライトプローブ ペリオ　（品番：1.004.1640）歯肉縁下用
※ライトプローブ ペリオはオプション品となります。

販売名：ダイアグノデント　2095　一般的名称：光学的う蝕検出装置　認証番号：21200BZY00321000　管理医療機器

KaVo. Dental Excellence.
カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社
東京本社●〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481
大阪本社●〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451
札幌営業所●Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692・仙台営業所●Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376
名古屋営業所●Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567・福岡営業所●Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844
http://www.kavo.jp

H011BABA201206